




SQA-VU

Visualization Device

新発売!

MES社は精液の自動分析において20年以上の実績を持つ世界的なリーディングカンパニーです。

人気の超小型精子特性分析機SQA-i0に専用映像化システムが登場



スライド挿入口

位置微調整ノブ

ピント調整ノブ



SQA-i0&PCは別売り お手持ちのSQA-i0に簡単接続可能

静止画・動画で精子の動きや形態を確認・保存

検査結果とともにレポートに反映

寸法： 20 X 16 X 11 cm 重量：1.40 kg

市販のスライドガラスも使用可能

倍率1188倍~1725倍（デジタル）

Test Patient: Dev Agrawal | BIRTH DATE / AGE: 17/03/1988 | 32

TEST RESULTS

PARAMETER	RESULT	REF. VALUE	STATUS
CONCENTRATION (M/ml)	84.4	14-16	
MOTILITY (%)	34	14-42	
PROGRESSIVE (%)	19	14-20	
NONPROGRESSIVE (%)	15	14-20	
IMMOTILE (%)	66	17-20	
NORMAL FORM (%)	15	14-4	
MOTILE SPERM CONC. (M/ml)	6.6		
PROG. MOTILE SPERM CONC. (M/ml)	6.0		
NON-PROG. MOTILE SPERM CONC. (M/ml)	5.8		
FUNCTIONAL SPERM CONC. (M/ml)	3.2		
SALEABILITY INDEX	48		
SPERM A-SHAPE (%)	32.2	14-20	
MOTILE SPERM (M/ml)	4.0		
PROG. MOTILE SPERM (M/ml)	3.2		
FUNCTIONAL SPERM (M/ml)	1.6		
MORPH. NORMAL SPERM (%)	0.1		

TEST TYPE: FISH
SAMPLE ID: 454540
COLLECTED DATE AND TIME: 20/05/2020 | 10:20
RECEIVED DATE AND TIME: 10/05/2020 | 11:00
CRITERIA: WHO 5TH
SAMPLE TESTED: Normal volume
VOLUME (µl): 0.50
WBC CONC. (M/ml): 11
pH: 7.5
APPEARANCE: Normal
VISCOSITY: Abnormal
LIGNEFACTION: Normal
ABSTINENCE (Days): 3
OPTIONAL 1: Clear seminal plasma
OPTIONAL 2: Not used
INSTRUMENT: Lab Manager
TITLE (DESCRIPTION):
COMMENTS: Send results to Dr. Bhatta

LOW QUALITY COUNTER

キャプチャ 形態

Test Patient: Dev Agrawal | BIRTH DATE / AGE: 17/03/1988 | 32 | TEST DATE/TIME: 02/03/2020 12:00 | SAMPLE TESTED: NORMAL VOLUME | CRITERIA: WHO 5TH

動画を撮影 (最大 10)

画像をキャプチャ (最大 10)

グリッド ON

フルスクリーン

プレイ

スムーズ

スライド挿入口

位置微調整ノブ

ピント調整ノブ

Remember, it All Started with a Sperm!

株式会社 ジャフコ

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 1-17-15-3F

TEL 03-5431-3551



03-5431-1522



toiwase@jaffcoltd.com

